

VERGLEICH

PORÓWNYWANE PRODUKTY	M-BASIC	M-DIAGNOSTIC	M-SCIENCE
			
STROMVERSORGUNG	230V 50/60Hz; 120V 50/60Hz (option 100, 110, 127V 50/60Hz)	230V-50/60Hz; 120V-50/60Hz (option 100, 110, 127V 50/60Hz)	230V-50/60Hz; 120V-50/60Hz (opcja 100, 110, 127V 50/60Hz)
LEISTUNG [W]	120	190	220
VOLUMEN [ML]	8 x 15; 2 x 50; 2 x 60 PRP	500, 4 x CYTO	100, 24 kapillaren 75 mm
MAX. RPM [M⁻¹]	300 ÷ 4000, schritt 100	90 ÷ 6 000	90 ÷ 18 000
MAX. RCF [X G]	2 469	4 427	24 270
BETRIEBSZEIT	1 ÷ 99min, schritt 1min, ∞ (HOLD)	1s ÷ 99h 59min 59s, ∞, schritt 1s	1s ÷ 99h 59min 59s, ∞, schritt 1s
ABMESSUNGEN H X W X D [MM]	300 x 365 x 450	300 x 367 x 455	300 x 367 x 455
HÖHE BEI GEÖFFNETEM DECKE	572	572	572

"MPW MED. INSTRUMENTS" SPÓŁDZIELNIA PRACY

ul. Boremlowska 46, 04-347 Warszawa
tel.: +48 22 610 56 21 / fax: +48 22 610 55 36
mail: mpw@mpw.pl / www.mpw.pl

REGON: 000401029
KRS: 0000128941
VAT UE: PL 5250001753
BDO 000042924

Alior Bank S.A.
16 2490 0005 0000 4530 5256 8362 **PLN**
PL 44 2490 0005 0000 4600 2441 7250 **EUR**

GEWICHT [KG]	21 / 23 *	22/23 *	22/23 *
MIN. BESCHLEUNIGUNGSZEIT [S]	35	5	14
MIN. BREMSZEIT [S]	33	11	12
	* Gewicht der Zentrifuge ist abhängig von der Spannungsausführung	* Gewicht der Zentrifuge ist abhängig von der Spannungsausführung	* Gewicht der Zentrifuge ist abhängig von der Spannungsausführung

"MPW MED. INSTRUMENTS" SPÓŁDZIELNIA PRACY

ul. Boremlowska 46, 04-347 Warszawa
tel.: +48 22 610 56 21 / fax: +48 22 610 55 36
mail: mpw@mpw.pl / www.mpw.pl

REGON: 000401029
KRS: 0000128941
VAT UE: PL 5250001753
BDO 000042924

Alior Bank S.A.
16 2490 0005 0000 4530 5256 8362 **PLN**
PL 44 2490 0005 0000 4600 2441 7250 **EUR**