

PORÓWNYWARKA

| PORÓWNYWANE PRODUKTY | M-BASIC | M-DIAGNOSTIC | M-SCIENCE |
|--|--|---|---|
| |  |  |  |
| ZASILANIE | 230V 50/60Hz; 120V 50/60Hz (opcja 100, 110, 127V 50/60Hz) | 230V-50/60Hz; 120V-50/60Hz (opcja 100, 110, 127V 50/60Hz) | 230V-50/60Hz; 120V-50/60Hz (opcja 100, 110, 127V 50/60Hz) |
| MOC [W] | 120 | 190 | 230 |
| POJEMNOŚĆ [ML] | 8 x 15; 2 x 50; 2 x 60 PRP | 500, 4 x CYTO | 100, (24 kapilary 75 mm) |
| MAX. RPM [MIN⁻¹] | 300 ÷ 4000, krok 100 RPM | 90 ÷ 6 000, krok 1 RPM | 90 ÷ 18 000, krok 1 RPM |
| MAX. RCF [X G] | 2 469 | 4 830 | 24 270 |
| CZAS PRACY | 1 ÷ 99min, krok 1min, ∞ (HOLD) | 1s ÷ 99h 59min 59s, ∞, krok 1s | 1s ÷ 99h 59min 59s, ∞, krok 1s |
| WYMIARY H X W X D [MM] | 300 x 365 x 450 | 299 x 357 x 451 | 299 x 357 x 451 |
| WYSOKOŚĆ Z OTWARTĄ POKRYWĄ [MM] | 572 | 572 | 572 |

"MPW MED. INSTRUMENTS" SPÓŁDZIELNIA PRACY

ul. Boremlowska 46, 04-347 Warszawa
 tel.: +48 22 610 56 21 / fax: +48 22 610 55 36
 mail: mpw@mpw.pl / www.mpw.pl

REGON: 000401029
 KRS: 0000128941
 VAT UE: PL 5250001753
 BDO 000042924

Alior Bank S.A.
 16 2490 0005 0000 4530 5256 8362 **PLN**
 PL 44 2490 0005 0000 4600 2441 7250 **EUR**

| WAGA [KG] | ~ 21/23* | ~ 22/23,7* | ~ 20/21,5 * |
|---------------------------|--|--|--|
| MIN. CZAS ROZPĘDZANIA [S] | 35 | 5 | 14 |
| MIN. CZAS HAMOWANIA [S] | 33 | 11 | 12 |
| | * waga wirówki zależna od wersji napięciowej | * waga wirówki zależna od wersji napięciowej | * waga wirówki zależna od wersji napięciowej |

"MPW MED. INSTRUMENTS" SPÓŁDZIELNIA PRACY

ul. Boremlowska 46, 04-347 Warszawa
tel.: +48 22 610 56 21 / fax: +48 22 610 55 36
mail: mpw@mpw.pl / www.mpw.pl

REGON: 000401029
KRS: 0000128941
VAT UE: PL 5250001753
BDO 000042924

Alior Bank S.A.
16 2490 0005 0000 4530 5256 8362 **PLN**
PL 44 2490 0005 0000 4600 2441 7250 **EUR**